

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151142**Référence****MC3112020500****Nom****Réactif pour analyseur de phosphates****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD noir 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
14/04/2015	12 Mois	14/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Ammonium heptamolybdate 26 g
Antimoine tartrate 0,7 g
Acide sulfurique 383,5 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**24/04/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité