

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151203**Référence****89354260****Nom****Réactif de Marble****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
20/04/2015	12 Mois	20/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 g Cuivre sulfate ref Merck 102790
500 ml Acide chlorhydrique 37% ref Prolabo 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité