

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151224**Référence****89327440****Nom****Solution de Nettoyage Module azote****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 20 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/04/2015	12 Mois	21/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-41,6 ml Acide Chlorhydrique 37 % REF prolabo 20252
5,61 g Oxalate de Sodium Ref Merck 1.06557
QSP 1000 ml eau désionisée
pH de la solution finale < 1

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité