

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151246**Référence****89512290****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A filtrer)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/04/2015	12 Mois	23/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité