

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151270**Référence****MC3110290100****Nom****Indicateur mixte au rouge de méthyle****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/04/2015	12 Mois	27/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Rouge de méthyle 1 g
Bleu de méthylène 0,5 g
Ethanol QSP 1 000 ml

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité