

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151275**Référence****MC3112471000****Nom****Etalon chlore 1 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/04/2015	3 Mois	27/07/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1,782 mg potassium permanganate ref prolabo 26910
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité