

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151276**Référence****MC3117765000****Nom****Mélange chloroforme/heptane/méthanol****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon métallique couleur métal 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/04/2015	12 Mois	27/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Chloroforme REF PRO22707364 490 ml
Heptane REF PRO24551.461 490 ml
Méthanol REF 106009 20 ml
Densité=1,09

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité