

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151283**Référence****89435.9010****Nom****ACIDE BORIQUE A 2% A PH 4,2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/04/2015	12 Mois	27/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide borique réf 1.00165 20 g
Eau QSP 1000 ml
pH rectifié à 4,2 +/- 0,2

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité