

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151285**Référence****89492290****Nom****SOLUTION ETALON COT 50 PPM****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD noir 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/04/2015	12 Mois	27/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,1063 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**04/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité