

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151344**Référence****MC3076626010****Nom****Tampon pH 10 SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Cubi plastique 10 litres (cubidor)

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/04/2015	12 Mois	30/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Sodium hydroxyde 18,75 g
Acide borique 33 g
Potassium chlorure 39,7 g
Eau QSP 1000 ml

Date**18/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité