

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151355**Référence****89512295****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A autoclaver)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon Borosilicaté Schott 1 l + Bouchon

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/04/2015	12 Mois	30/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**18/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité