

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151397**Référence****85195260****Nom****ZINC SULFATE 0,1 MOL/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
06/05/2015	12 Mois	06/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Zinc sulfate 28,754 g
Eau QSP 1000 ml

Date**18/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité