

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151428**Référence****87476290****Nom****TBE 10X****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/05/2015	12 Mois	11/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 109 g TRIS Ref BDH103156X
- 55 g Acide Borique PA Ref Merck 1.0165
- 3,72 g Titriplex III Ref Merck 1.08418
- QSP eau désionisée 1000 ml

Date**18/05/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité