

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151469**Référence****MC3110972500****Nom****Acide chlorhydrique 10%****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/05/2015	12 Mois	18/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 ml Acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**04/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité