

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151549**Référence****89109180****Nom****ACIDE NITRIQUE 50% (V/V)****PRODUCTION****Conditionnement** Compte Goutte 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/05/2015	12 Mois	26/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide nitrique réf merck 1.00456 500 ml
Eau déminéralisée QSP 1000 ML

Date**04/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité