

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151566**Référence****87566290****Nom****REACTIF DE KELLER****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
28/05/2015	12 Mois	28/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide fluorhydrique 40 % réf PROL20307 10 ml
Acide chlorhydrique 37 % réf merck 1.00317 15 ml
Acide nitrique 65% réf 1.00456 25 ml
Eau distillée 950 ml

Date**04/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité