

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151569**Référence****87570290****Nom****REACTIF CORROSION 5000****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
28/05/2015	12 Mois	28/05/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide orthophosphorique 85% réf merck 1.00573 60 ml
Eau Distillée qsp 1000 ml

Date**04/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité