

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151597**Référence****89364290****Nom****SOLUTION TAMPON EDTA****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
01/06/2015	12 Mois	01/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
60 g ammonium chlorure Ref 1.01145
570 ml ammoniacque 25 % Ref 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité