

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151611**Référence****85046360****Nom****SOLUTION TAMPON PH 5,6****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
02/06/2015	12 Mois	02/06/2016

CONFORMITE

pH=5,6 +/- 0,1

Date**08/06/2015****Signé par:**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bringer', written over a horizontal line.

O. BRINGER , Responsable Qualité