

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151617**Référence****87182260****Nom****METHYL ORANGE A 0,2% SOLUTION AQUEUSE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
02/06/2015	12 Mois	02/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Methyl orange réf 1322 2 g
Eau QSP 1000 ml

Date**08/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité