

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151626**Référence****89523320****Nom****Solution 2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/06/2015	12 Mois	03/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 1.06345 11,5 g
7 ml Acide Orthophosphorique 85 % Ref Prolabo 20624
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité