

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151708**Référence****MC3023240500****Nom****Aniline 0,1 N dans le cyclohexane****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
10/06/2015	12 Mois	10/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
9,313 ml aniline Ref Merck 101261
QSP 1000 ml Cyclohexane Ref Prolabo 23224

Date**15/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité