

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

151750**Référence****MCDS37.260 05****Nom****Ammonium métavanadate****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/06/2015	12 Mois	11/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium métavanadate réf MERCK1.01226 2,5g
Acide nitrique réf MERCK1.00456 20 ml
Eau QSP 1000 ml

Date	Visa
23/06/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE