

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151771**Référence****MC3024130100****Nom****Calcium 1000 PPM****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/06/2015	12 Mois	11/06/2016

CONFORMITE

Concentration = 1000 mg/l +/- 0,2 %

Date**15/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité