

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**151787****Référence****85050300****Nom****INDICATEUR TAC DILUE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 15/06/2015         | 12 Mois              | 15/06/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
Indicateur TAC concentré 250 ml  
Eau QSP 1000 ml  
pH =2,2 +/- 0,02

**Date****23/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité