

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151797**Référence****MC3106081000****Nom****Solution complexante****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
15/06/2015	12 Mois	15/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Titriplex 3,721 g
Magnésium titriplex 0,540 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**23/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité