

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151827**Référence****89529360****Nom****SOLVANT CELLULE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon métallique couleur métal 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
17/06/2015	12 Mois	17/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
700 ML CYCLOHEXANE ANALAR Réf Prolabo 23224
280 ML PROPANOL-2 ANALAR Ref Prolabo Réf 20842
20 ml eau désionisée

Date**23/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité