

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151833**Référence****89534360****Nom****ELUANT SALIN POUR CPG****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/06/2015	12 Mois	18/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium nitrate réf prolabo 27955 8,5g
Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 1.06345 1,422 g
DiSodium hydrogenophosphate dihydraté réf 1.06580 1,936 g
Sodium azide réf merck 822335 0,65g
Eau déminéralisée QSP 1000 ML
FILTRATION 0,2 µm

Date**23/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité