

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151838**Référence****89533290****Nom****Solution d'Indanedione****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/06/2015	6 Mois	18/12/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1 g 1,2 Indanedione Ref SIGMA 684163
10 ml acide acétique 100 % Ref Prolabo 20104
90 ml Ethyl acétate Ref Prolabo 23882
900 ml Ether de pétrole Ref Prolabo 23835

Date**23/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité