

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151853**Référence****85181290****Nom****Solution étalon DCO****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/06/2015	3 Mois	22/09/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
-0,0666 g/l C₃₂H₁₂CuNa₄O₁₂S₄ réf ALDRICH 274011
- qsp 1000 ml eau
Suivant Norme NFT 90-101

Date**29/06/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité