

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

151923**Référence****MC3035500100****Nom****Tampon pH 4****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon rond PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
25/06/2015	12 Mois	25/06/2016

CONFORMITE

pH = 4,00 +/- 0,02

Date	Visa
29/06/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE