

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151931**Référence****MC3110410500****Nom****Ammonium fer sulfate 0,103 M/l (R4)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/06/2015	12 Mois	26/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
110 ml acide sulfurique 95 % Ref Merck 1.00731
49,665 g Ammonium fer III sulfate dodecahydraté Ref merck 1.03776
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**07/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité