

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151934**Référence****89441290****Nom****SOLUTION AQUEUSE DE NH₄CHO₂ 2mM A PH 3,1****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/06/2015	12 Mois	26/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
126 mg formiate d'ammonium Ref 84884
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=3,1 +/- 0,05
Filtration 0,45 µm

Date**20/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité