

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151962**Référence****87745320****Nom****acide ascorbique 10 %****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
29/06/2015	12 Mois	29/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 100 g acide ascorbique Ref PROLABO 20155294
- QSP 1000 ml eau désionisée

Date**07/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité