

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

151969**Référence****85113290****Nom****ETALON COT 1000 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/06/2015	12 Mois	30/06/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogenophthalate 2,125 g
Eau QSP 1000 ml

Date**07/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité