

Certificate of Analysis

Référence : 89372.320 **Solution d'acide citrique 3% à pH 8.0**

Lot : 152006 **Date de validité** 02/07/2016

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
Acide Citrique monohydraté Ph Eur Ref Prolabo 20276 lot 14F100028	30 g +/- 0.5%	conform
Eau désionisée	QSP 1000 ml +/- 0.5%	conform
pH (Ajusté à 8.00 avec NaOH)	8.00 +/- 0.02	8.01

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above
BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité