

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152022**Référence****MC3112031000****Nom****Tampon ammoniacal Ph 10,4****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/07/2015	12 Mois	03/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf 1145 54 g
Ammoniaque 25 % réf 5432 350,4 ml
Eau QSP 1000 ml
pH(20°C) =10,4 +/- 0,1

Date**20/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité