

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152027**Référence****882145120****Nom****Solution de soude à 10 % pour analyseur NH4 et DCO****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican 5 litres DIN 51

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/07/2015	12 Mois	03/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 100 g Sodium hydroxyde Ref Merck 1.06498
qsp 1000 ML eau désionisée

Date**07/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité