

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152085**Référence****88021260****Nom****ETALON AMMONIUM 20 MG/L NH₄-N****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
08/07/2015	3 Mois	08/10/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf merck 1.01145 0.38g
Eau déminéralisée QSP 1000 ML

Date**21/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité