

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152088**Référence****88107260****Nom****ETALON FLUORURES 30 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
08/07/2015	3 Mois	08/10/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Etalon fluorures 1000 ppm réf 1.19814 30 ml
Eau déminéralisée QSP 1000 ML

Date**21/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité