

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152123**Référence****88906290****Nom****SOLUTION ETALON DE ZINC M/100****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
15/07/2015	12 Mois	15/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 0,6538 g Zinc Ref Prolabo 29068
- 25 ml Acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**21/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité