

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152182**Référence****89366290****Nom****METHYLATE DE SODIUM 0,1N****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/07/2015	12 Mois	21/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
24 ml Methylate de sodium solution 30% Ref Merck 8.18194
225 ml Méthanol Ref prolabo 20847
QSP 1000 ml toluène Ref prolabo 28676

Date**27/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité