

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152185**Référence****MC3110040500****Nom****Solution de sulfate ferrique et d'ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/07/2015	12 Mois	22/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Sulfate ferrique ammonium 2 g
Acide nitrique 50 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**27/07/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité