

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152273**Référence****85668290****Nom****ETALON AMMONIUM 0,1 G/L DS H₂O****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
29/07/2015	12 Mois	29/07/2016

CONFORMITE

Concentration = 0,1 g/l +/- 0,2 %

Date**03/08/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité