

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

152302**Référence****24989.202 0125****Nom****Liquide pour manometre à tube incliné****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre incolore 125 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
31/07/2015	12 Mois	31/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
964 ml Ethanol 96% denaturé Ref prolabo 84836
36 mg Fuschine basique 3525.0025
58 ml Eau désionisée

Date	Visa
03/08/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE