

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152308**Référence****MC3102592500****Nom****Acide borique 4% avec indicateur mixte****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
31/07/2015	12 Mois	31/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
40 g Acide borique Ref Merck 100165
3,5 ml Indicateur mixte Ref Merck 106130
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**18/08/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité