

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152313**Référence****89516260****Nom****Nital 5 % dans l'éthanol absolu****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
31/07/2015	12 Mois	31/07/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-958,04 ml ethanol absolu ref Prolabo 20821
- 42,9 ml acide nitrique 65% ref Merck 1.0456

Date**03/08/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité