

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152325**Référence****89543.9025****Nom****Agua HPLC Solución tampón pH 9****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 25 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/08/2015	12 Mois	04/08/2016

CONFORMITE

0.7906 g de amonio hidrógenocarbonato ref Prolabo 21219
QSP 1000 ml agua desionizada de conductividad (20 °C) max 1,5 µs/cm
Tamponado a pH=9.00 +/- 0.05 con amoníaco
Filtrado 0.2 µ

Date**18/08/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité