

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152345**Référence****MC3138790500****Nom****SOLUTION ETALON COT 10 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
05/08/2015	3 Mois	05/11/2015

CONFORMITE

Concentration = 10 mg/l +/- 0,2 %

Date**18/08/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité