

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152396**Référence****89540360****Nom****SOLUTION D'ALCOOL POLYVINYLIQUE FILTREE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/08/2015	12 Mois	11/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
25 ml Acide nitrique 65 % réf MERCK 1.00456
2 g ALCOOL POLYVINYLIQUE Ref 297914
QSP 1000 ml eau désionisée
Filtration 0,45 µ

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité